



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ВЗОР".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 603003, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, д. 33, помещение 2. ОГРН: 1025203565166. Телефон: +7(831) 282-98-00. Адрес электронной почты: market@vzor.nnov.ru.

В лице: директор Киселев Евгений Валентинович

заявляет, что pH-метр МАРК-904

изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "ВЗОР".

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 603003, Российская Федерация, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Заводской парк, д. 33, помещение 2.

продукция изготовлена в соответствии с ТУ 26.51.53-042-39232169-2021 "pH-метр МАРК-904. Технические условия".

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9027801100

Серийный выпуск

Соответствует требованиям

ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"

Декларация о соответствии принята на основании

Протокол испытаний № 079/2021НО от 19.03.2021. Испытательный центр "Нижегородиспытания"

ФБУ "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Нижегородской области".

РОСС RU.0001.21АЮ49.

Схема декларирования: 3д.

Дополнительная информация

Применяемые стандарты: ГОСТ IEC 61010-1-2014 "Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования".

Условия хранения - 1 по ГОСТ 15150-69 в упаковке предприятия-изготовителя. Гарантийный срок хранения - 6 месяцев со дня изготовления. Срок службы - не менее 10 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 06.04.2026 включительно



(подпись)

Киселев Евгений Валентинович

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.97007/21

Дата регистрации декларации о соответствии:

07.04.2021